

## DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS INTERESADOS A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA No 6 DE 2021

Procede la Universidad Pedagógica Nacional a dar respuesta a las observaciones que frente a los términos de referencia de la Convocatoria Pública No. 6 de 2021 han formulado los interesados mediante correo electrónico dirigido a la entidad en las fechas establecidas en el cronograma de la convocatoria pública cerrada mencionada.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 1

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Muy amablemente, solicitamos a la entidad permitir la presentación de la oferta en forma parcial por ítem al grupo 1 y/o grupo 2, donde el oferente no pueda superar el “PRECIO UNITARIO” por cada equipo según corresponda. Debido a que es evidente que todos los oferentes que se encuentran interesados en el presente proceso de selección, no cuentan con la totalidad de los equipos requeridos para cada grupo y la no presentación de forma parcial por ítem limita a oferentes que, si cuentan con las características de algunos o la mayoría de los equipos solicitados y que, igualmente, cumplen con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos solicitados en el presente proceso, para dar cumplimiento en la ejecución del proceso contractual. Esto con el fin de dar cumplimiento a los principios de contratación pública. Como son: legalidad, moralidad, selección objetiva y pluralidad de oferentes.”.

**RESPUESTA:**

No se recibieran ofertas parciales. Los proponentes tienen la posibilidad de organizarse en consorcio o uniones temporales, que les permitan cumplir con la total de los objetos a adquirir en la presente convocatoria. Aunado a lo anterior las disponibilidades presupuestales están dispuestas para dos contratos independientes, de suerte que no es posible desagregar mas contratos de esas disponibilidades.
--

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 2

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Muy amablemente, solicitamos a la entidad modificar la experiencia solicitada de la siguiente manera: Se verificará la experiencia del proponente en la celebración y ejecución de máximo cinco (5) contratos cuyo objeto corresponda o esté relacionado con el de esta convocatoria y el grupo para el cual presenta su propuesta, ejecutados en los últimos 3 años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial para el grupo al cual se presenta representado en SMMLV. Además, el respectivo contrato, deberá contemplar uno o más códigos del Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC) en



el tercer nivel, que se relacionan a continuación: ... Lo anterior, con el fin de garantizar la pluralidad y no limitar la participación de posibles oferentes en el presente proceso de selección...”.

**RESPUESTA:**

Se atiende la observación del proponente, la cual se realizará mediante adenda a los términos de referencia de la presente convocatoria.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 3

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Muy amablemente, solicitamos a la entidad se permita acreditar la experiencia a través de certificación y/o acta de liquidación y/o acta de terminación, ya que en estas se evidencia la ejecución y terminación del contrato con el que se pretende acreditar la experiencia solicitada por la entidad.

**RESPUESTA:**

La experiencia de cada proponente se verificará, con la información que se encuentre en el RUP de cada proponente, no se requiere que los proponentes anexas los contratos dentro de la documentación de la convocatoria.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 4

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “AGITADOR MAGNÉTICO 1. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que sean permitidos equipos con superficies en cerámica, que también permite tener una resistencia química. AGITADOR HORIZONTAL 2. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que sean permitidos equipos con un diámetro de orbita de 2.54cm. 3. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que sean permitidos equipos con velocidades variables mayores, es decir que cumplan con la estipulada y sea mayor. 4. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que no sea incluida la marca PROMAX dado que esto limita la participación de oferentes que cuentan con equipos de las mismas especificaciones y no cuentan con esa marca. DESTILADOR DE AGUA 5. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que sean permitidos equipos con rendimiento de 6 litros /Hora con consumo de más o menos 53l/h. MULTIPARAMETRICO 6. Muy amablemente, solicitamos a la entidad aclaración si el equipo requerido es portátil o de mesa CONDUCTÍMETRO (De mesa) 7. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que sean permitidos equipos con unas condiciones ambientales de 5°C a 45°C y adicionalmente que tengan un rango salinidad de 0.05 to 42.00 ppt. CABINA DE EXTRACCIÓN DE VAPOR 8. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que sean confirmadas las medidas de la cabina y un equipo con apertura de 50cm. CENTRIFUGA MEDIANA 9. Muy amablemente, solicitamos a la entidad aclaración si los adaptadores que necesitamos para la



centrifuga son para tubos cónicos de 15ml y 50ml. HORNO O MUFLA CON CIRCULACIÓN DE AIRE 10. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que sean permitidos equipos con un rango de volumen de 65l a 75l 11. Muy amablemente, solicitamos a la entidad que el rango de temperatura sea desde temperatura ambiente+10

Agradecemos su amable atención y esperamos que nuestras observaciones, se obtenga una respuesta positiva y se genere una libre concurrencia en el proceso.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar los elementos con las especificaciones contempladas en las respectivas fichas técnicas.

Para el elemento Agitador Horizontal, se publicará la ficha técnica mediante adenda, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

Para el elemento Multiparamétrico, se publicará la ficha técnica mediante adenda, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 5

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad todas las fichas técnicas tanto del grupo 1 y 2 ya que estas no se encuentran completas. El grupo 1 cuenta con 63 ítems y solo se encuentran 30 fichas aproximadamente y para el caso del grupo 2 cuenta con 176 ítems y solo se encuentran 169 fichas aproximadamente”.

**RESPUESTA:**

Mediante adenda, se publicaran las fichas técnicas de los elementos faltantes para el grupo 1 y para el grupo 2 respectivamente.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 6

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad permitir retirar los nombres de las referencias y marcas mencionadas en las fichas técnicas que se encuentran actualmente publicadas en la presente convocatoria. Lo anterior debido a que en muchas fichas de reactivos, insumos y equipos se menciona el proveedor y la marca y esto no permite mantener la pluralidad de los oferentes. Mantener este requisito atenta contra los principios de la contratación pública”.



**RESPUESTA:**

Mediante adenda, se publicaran las fichas técnicas de los elementos y reactivos de acuerdo a los requerimientos específicos para cada uno.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 7

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Se solicita a la entidad se acepten ofertar equipos, reactivos e insumos que sean similares o mejoren las especificaciones requeridas en los términos de referencia de la presente convocatoria”.

**RESPUESTA:**

El proponente debe ofertar los equipos, reactivos e insumos que correspondan a las especificaciones contempladas en las fichas técnicas.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 8

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad amablemente que frente a la experiencia solicitada en el numeral 4.3. Requisitos técnicos habilitantes permita contemplar como mínimo algunos de los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios (UNSPSC) solicitados por la entidad manteniendo que la sumatoria de los contratos suministrados sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial para el grupo al cual se presenta representado en SMMLV”.

**RESPUESTA:**

Se atiende la observación del proponente, la cual se realizará mediante adenda a los términos de referencia de la presente convocatoria.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 9

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor rectificar el código correspondiente a Kits para los servicios médicos de urgencias y campo debido a que el código 47172000 indicado por la entidad no corresponde según lo que se indica en Colombia compra eficiente para este producto”.

**RESPUESTA:**

Se atiende la observación del proponente, la modificación se realiza mediante adenda para incluir el código UNSPSC 42172000

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 10

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad, favor retirar que la experiencia solicitada sea en contratos ejecutados en los últimos 3 años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección, ya que según lo establecido por Colombia compra eficiente en el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación “ la experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato”. Y más adelante indica que “no hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la que estos fueron celebrados”.

**RESPUESTA:**

Se atiende la observación del proponente, la modificación se realiza mediante adenda.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 11

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad que por favor aclare si para la verificación de la experiencia cada uno de los contratos solicitados debe cumplir con algunos de los códigos exigidos y con la totalidad de los códigos entre los contratos solicitados.”.

**RESPUESTA:**

Se atiende la observación del proponente, la cual se realizará mediante adenda a los términos de referencia de la presente convocatoria.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico  
Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 12

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor aclarar si para la verificación de la experiencia solo lo hará con lo indicado en el RUP de cada proponente y con la PROFORMA NO. 5 Experiencia del proponente suministrado en el documento términos de referencia de la presente convocatoria”.

**RESPUESTA:**

La experiencia de cada proponente se verificará, con la información que se encuentre en el RUP de cada proponente, de igual manera, cada proponente debe diligenciar la proforma No5 “Experiencia del proponente”, según la información en el RUP.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 13

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad por favor revisar y aclarar el presupuesto que se tiene para el grupo 2 debido a que en el numeral 3.2 Presupuesto oficial indican que “ El valor del presupuesto oficial máximo dispuesto para el presente grupo, corresponde a la suma de NOVECIENTOS VENTIUN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 20 de 70 ONCE PESOS (\$921.609.211) M/Cte., incluidos todos los costos, gastos, tributos, IVA e impuestos nacionales y distritales a que haya lugar” pero en el numeral 3.3. certificado de disponibilidad presupuestal, el CDP es de \$554.131.033”.

**RESPUESTA:**

Mediante adenda, se publicara el presupuesto oficial para el grupo 2 de la presente convocatoria, correspondiente al valor del certificado de disponibilidad presupuestal para el grupo 2.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 14

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Microscopio Binocular no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos por favor permitir ofertar un MICROSCOPIO BINOCULAR de 4 OBJETIVOS, LUZ LED Objetivos 4/10/S40x Objetivo S100x Platina mecánica X-Y el cual fácil de utilizar y está pensado para los estudiantes”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 15

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Microscopio con cámara no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad solicitamos por favor permitir ofertar MICROSCOPIO TRINOCULAR ISCOPE, modelo óptica infinito, Oculares EWF10x/22 mm, con protectores de goma, Cabezal con cámara digital CMOS 10 MP 584x2746 píxeles, ya que este equipo por su especificación trinocular permite el uso de una cámara de alta resolución”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 16

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Estereoscopio binocular eléctrico no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad solicitamos por favor permitir ofertar ESTEREOMICROSCOPIO BINOCULAR de un campo más amplio garantizados WF10x / 20 con viseras, Cabeza binocular 45 ° tubos inclinados con ajuste de dioptrías en el tubo izquierdo, distancia interpupilar ajustable entre 55 y 75 mm Objetivo Par 1x, 2x y 4x objetivos montados en unos giratorios revólver Aumentos 10x, 20x y 40x y un campo de visión de 20, 10 y 5 mm el cual fácil de utilizar y está pensado para los estudiantes.”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 17

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente permitir ofertar una balanza analítica con volumen de 250 Gr Repetibilidad de 0.0002g, Linealidad 0.0003g, Temperatura De Funcionamiento 15° a 35°C \*Velocidad de actualización de pantalla: 5 veces / segundo o 10 veces / segundo, seleccionable Se puede realizar ajuste de peso y/o linealidad en: 50g, 100g, 150g, 200g, 250g. Adicionalmente solicitamos permitir el tamaño del sartén 3.1" ø / 80mm. y que no sea obligatorio cumplir con las normas mencionadas debido a que a que el equipo va a ser utilizado para fines educativos”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 18

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Potenciómetro de Mesa no cuenta con especificaciones en lo solicitado por la entidad, solicitamos amablemente permitir ofertar una Potenciómetro de Mesa con Electrodo de pH / ATC de cuerpo epoxi ya que este material es más resistente al golpe y por su resina química es inerte a muchas sustancias. Adicionalmente tener en cuenta e incluir dentro de las especificaciones los siguientes elementos para el correcto funcionamiento: Soporte de electrodo y adaptador de corriente universal 100-240V”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.



**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 19

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Incubadora no cuenta con especificaciones en lo solicitado por la entidad, solicitamos amablemente permitir ofertar una Incubadora Digital de convección natural de 53L, 110V-60 HZ DE MESA, Rango de temperatura: Temperatura ambiente +5°C hasta 105°C ideal para uso en el laboratorio.”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 20

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo plancha de calentamiento no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar una plancha de calentamiento con calefacción con un rango de temperatura ambiente hasta 370 °C el cual permite un manejo amplio de temperaturas en las prácticas de laboratorio”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 21

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir incluir dentro de las especificaciones del equipo Autoclave que esta sea horizontal con rango +- 2 litros de capacidad. Adicionalmente solicitamos por favor aclarar el volumen real requerido debido a que en la ficha LB-AUT01 dice capacidad de 24L y en el formato de propuesta económica dice autoclave de 23 Litros”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 22

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad aclarar los siguientes aspectos para la cabina de flujo laminar: \*Dimensiones y rangos de medidas. \* Por que se requiere suministro de baterías si este equipo normalmente funciona con cable eléctrico \*Adicionalmente el manómetro “ULPA Minihelic” lo solicitan análogo, y este accesorio lo podemos ofertar digital de última tecnología conectado a la pantalla del equipo”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 23

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Oxigenometro portátil no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos por favor permitir ofertar Medidor portátil a prueba de agua para la determinación de oxígeno disuelto LCD retroiluminado Registrador de datos manual: 1000 conjuntos de datos (valor único por pulsación de tecla). Auto. Registrador: 10000 conjuntos de datos (cíclico, intervalo de tiempo: 1 - 3600 s).”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico  
Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 24

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Potenciómetro portátil no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar un medidor de ph portátil con electrodo de ph-atc de uso general”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 25

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el equipo Turbidímetro portátil no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos por favor permitir ofertar Kit medidor de turbidez: RANGO: 0 A 1000NTU. RESOLUCIÓN: 0.01/0.1/1NTU PRECISIÓN:±2% de lectura ± 1 LSD de 0 a 500 NTU”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 26

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el Kit para análisis de suelo no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos amablemente permitir ofertar Kit de Análisis de Suelos con pruebas para el nitrógeno del nitrato, potasio, fósforo, magnesio, manganeso, aluminio, sulfatos,



nitrógeno amoniacal, nitrógeno de nitrito, cloruros, hierro férrico, calcio, humus, y el pH. Contiene soluciones y equipos para 50 pruebas para cada elemento y 100 pruebas de pH”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 27

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar una cinta Indicadora de esterilización con mínimo la siguiente especificación técnica 50 M X 19 MM papel crepado autoadhesivo ya que para el uso de este producto no es necesario mencionar todas las especificaciones expedidas en los términos de referencia ya que esto es propio de cualquier cinta indicadora de esterilización”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 28

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que las Lupas 10x no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos por favor permitir ofertar Lupa de bolsillo 10x lente gruesa y un diafragma de ranura central para imágenes nítidas y nítidas Dimensiones: 15 / 16” W x 1” L x 11 / 16” H”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 29

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar un Barómetro con las siguientes especificaciones que mejoran las características del equipo solicitado: Resolución de presión barométrica: 1 mbar (0,01 inHg) Exactitud de la humedad:  $\pm 3\%$  RH entre 5 y 75%,  $\pm 5\%$  RH en otros lugares Rango de humedad: 0 a 95% Resolución de humedad: 1% Exactitud de la temperatura:  $\pm 0,4\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,8\text{ }^{\circ}\text{CF}$ ) Resolución de temperatura:  $0,1\text{ }^{\circ}\text{C}$  Rango de temperatura:  $0,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  a  $+ 55,0\text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $32,0$  a  $131,0\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) Exactitud de la presión barométrica:  $\pm 4$  mbar ( $\pm 0,12$  inHg) Rango de presión barométrica 14,77 a 30,41 en Hg, 500 a 1030 mbar con baterías, soporte de pared, soporte abatible y un certificado Traceable®”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 30

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar equipo Altimetro / Barómetro S con graduaciones de 100´ Rangos: 0 a 15.000´; 17 a 31,5´´Hg. Con indicador de la altitud con precisión hasta 15.000 pies y muestra la presión barométrica. Medición de 2.25´´de diámetro. Se incluye un estuche de transporte de lado blando”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 31

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6



**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad permitir ofertar anemómetro con las siguientes características: Velocidad mínima: 0,3 m / s (0,6 nudos, 1 km / h, 0,7 mph, 60 fpm). Velocidad máxima: 40 m / s (78 nudos, 144 km / h, 89 mph, 7,830 fpm). Precisión de la velocidad del viento:  $\pm 3\%$ . Rango de funcionamiento:  $-4^{\circ} F$  a  $+140^{\circ} F$  ( $-20^{\circ} C$  a  $+60^{\circ} C$ ). Actualización: 1 segundo. x Sellado: caja de electrónica IP67 - resistente al agua hasta 3 pies flotantes. Batería: celda de botón CR2032 (incluida) con una vida útil típica de 400 horas. Dimensiones: 4.8 "x 1.7" x 0.6 "".

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 32

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que gps no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos por favor permitir ofertar gps con las siguientes características que permiten descargar rápidamente la información y cuenta con baterías de larga duración:

GPS con 12 Canales del receptor

Antena GPS: Patch

Compatible con WAAS: Sí.

Tiempo de adquisición: 0:15 - 0:45.

Precisión: <15 m. DGPS: <3 m.

Estándar impermeable: IPX7.

Tamaño de la unidad (HWD): 2.1 "x 3.9" x 1.3 "".

Peso de la unidad: 5 oz. (con pilas).

Tipo de pantalla: gris de 4 niveles.

Píxeles: 128 x 160. Tamaño de pantalla: 2,2 "".

Pila: 2 pilas AA (no incluidas).

Duración de la batería: 20 horas

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 33

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el Luxómetro no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos por favor permitir ofertar un equipo que:

Almacena automáticamente hasta 16,000 lecturas

Pantalla LCD retroiluminada con gráfico de barras de 40 segmentos

Rango hasta 40,000Fc o 400,000 Lux

Retención de datos y mín. / Máx.

Luz de fondo para lecturas en niveles bajos de luz.

Carcasa robusta de doble molde para servicio pesado

Puerto USB integrado

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 34

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad permitir ofertar Conductímetro con las siguientes características:

Resolución (conductividad) 0.001  $\mu\text{S}$  mínimo, rango automático de hasta 4 dígitos significativos

Resolución (resistividad) 1 ohmio o 0,1 megaohmio,

rango automático Resolución (salinidad) 0,01 psu o 0,01 ppt mínimo,

rango automático Calibración de la sonda de temperatura Calibración de compensación de temperatura de 1 punto

Exactitud (conductividad) 0,5% de lectura  $\pm 1$  dígito  $> 3 \mu\text{S}$ ; 0,5% de lectura  $\pm 0,01 \mu\text{S} \leq 3 \mu\text{S}$

Tipo de visualización LCD gráfico con luz de fondo

Rango (conductividad) 0,001  $\mu\text{S} / \text{cm}$  a 3000  $\text{mS} / \text{cm}$  Rango (resistividad) 2 ohmios a 100,0 megaohmios

Rango (salinidad) 0,06 a 80,00 psu, 0,05 a 42,00 ppt Rango (TDS) 0,001 a 200,0 ppm

Rango de temperatura (métrico)  $-5^\circ \text{C}$  hasta  $+ 105^\circ \text{C}$

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico  
Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 35

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el Termohigrómetro no cuenta con especificaciones en lo requerido por la entidad, solicitamos por favor permitir ofertar un equipo que cumpla con lo siguiente:

Exactitud de la humedad  $\pm 3\%$  de rango medio,  $\pm 5\%$  en caso contrario Resolución de humedad 0,1%

Exactitud de la temperatura  $\pm 0,5$  ° C Resolución de temperatura 0,1 °C

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 36

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que las cajas de Petri solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar caja Petri de 60 \*15 mm en presentación x 10 unidades hecho de vidrio de borosilicato de alta calidad”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 37

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6





**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar laminas porta objetos de 1 mm medidas 76 \*26 mm con cantos cortados caja de 50 und”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 38

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar laminas cubre objetos en vidrio borosilicato de 22\*22 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 39

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar vasos precipitados de 100 y 250 ml con vidriería ASTM y rangos de medida +/- 5mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 40

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar bureta con división de 0.05 ml límite de error de 0.03 longitud de 800 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 41

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que las capsulas fondo plano no cuenta con especificaciones, solicitamos por favor permitir ofertar capsulas fondo plano de 100 ml dimensiones 90 \*35 mm”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 42

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el balón fondo plano no cuenta con especificaciones, solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar balón fondo plano con las siguientes dimensiones 82 mm OD x 135 mm esmerilado 24 -40”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 43

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que las pipetas graduadas de 1ml no cuentan con especificaciones, solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar pipetas graduadas de 1 ml con división de 0.01 ml en vidrio”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 44

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que las pipetas graduadas de 5ml no cuentan con especificaciones técnicas, solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar pipetas graduadas de 5 ml con división de 0.05 ml en vidrio”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 45

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que las pipetas graduadas de 10ml no cuentan con especificaciones técnicas, solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar pipetas graduadas de 10 ml con división de 0.1ml en vidrio”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico  
Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 46

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el embudo de vidrio no cuenta con especificaciones técnicas. Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar embudo tallo corto de vidrio de 75 mm”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 47

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar asa bacteriológica compuesta por ASA + AGUJA largo de 227 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 48

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Debido a que el Termómetro de mercurio - 10 + 110°C, (1°C), 30 cm no cuenta con especificaciones técnicas solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar termómetro de columna alcohol rojo.”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.-  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 49

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad permitir ofertar tubos de centrifuga de 15 ml en polipropileno presentación x 50 unidades, los cuales son más comunes para el uso en el laboratorio”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.-  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 50

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar tubos de ensayo dimensiones de 16 x 150 mm con espacio de marcado.”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.-  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 51

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6



**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar punta fina en acero inoxidable de 152 mm.”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 52

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad permitir ofertar ducha mixta de 1 pulgada en acero inoxidable”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 53

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar ducha mixta de 1 pulgada en acero inoxidable”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 54

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar crisol de porcelana con tapa forma mediana de 20 ml”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 55

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar soporte universal para bureta base plana rectangular y varilla soporte”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 56

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar equipo para disección con estuche compuesta por

MANGO PARA BISTURI No 3,

MANGO PARA BISTURI No 4

CUCHILLA PARA BISTURI, No. 11

CUCHILLA PARA BISTURI, No. 24

AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METALICO RECTA

AGUJA PARA DISECCION CON MANGO METALICO CURVA

PINZA DISECCION CON GARRA, 14.5 CMS,

TIJERA ROMO AGUDA, RECTA, 14.5, PARA MATERIAL

SONDA ACANALADA, PINZA KELLY RECTA

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 57

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar canecas de pedal de 12 litros color verde rojo y gris no es necesario la calibración.”

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 58

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar REFRIGERADOR VERTICAL PARA LABORATORIO COMBINADO CON CONGELADOR CAPACIDAD 200 L Y 100 L - RANGO T DE +2 A +12C Y -10 A -30C “.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.



**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 59

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar ducha mixta de 1 pulgada en acero inoxidable”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 60

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar extintor multipropósito de 10 Lb con agente extintor de polvo químico seco con certificado NTC 652, NTC 1141, NTC 1916, NTC 2885, NTC 1446”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 61

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar camilla de primeros auxilios con cuello tipo bloque Material de la estructura: Polietileno

Largo x Ancho: 182 " x 45 "

Altura máxima de elevación: 5 "

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 62

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos a la entidad por favor permitir ofertar KIT DE SEÑALIZACION FOTOLUMINISCENTE X 16 PIEZAS”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 63

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Permitir Ofertar equipo con las siguientes especificaciones técnicas

Agitador Horizontal con Velocidad de 20-300 RMP Precisión  $\pm 1\%$  de la velocidad establecida,  $<100 \text{ rpm} \pm 1 \text{ rpm}$

Movimiento 19 mm Rango del temporizador 1 segundo a 160 horas con certificado de calibración acreditado por NIST, ISO / IEC 17025 de Troemner , este equipo permitiría realizar las actividades educativas sin ningún inconveniente”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 64

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Permitir ofertar agitador magnético con calefacción con pantalla LCD placa calefactora con las siguientes dimensiones 180x180 o de 181x181 +/- 1 mm esto con el fin de facilitar el espacio del equipo al usarlo”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 65

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Permitir ofertar Balanza analítica con calibración interna o externa, temperatura de trabajo de 15 35 grados centígrados con linealidad en 50 g,100 gr,150 gr,200 gr, 250 gr, con un plato de 80 mm y capacidad de 1100 gr el cual permitiría realizar las mismas actividades educativas sin ningún inconveniente”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 66

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Para el equipo Baño de María informar el volumen exacto en que se requiere el equipo y con un requerimiento eléctrico de 100-115V / 200-230V, 50/60Hz”

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 67

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Para la centrifuga mediana por favor aclarar si el rotor que se solicita es de una marca diferente a la marca del equipo”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 68

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Para el equipo ESPECTOFOTOMETRO UV VUS permitir ofertar equipo con ancho de banda de 0,5 ,1,0 2,0 o 4,0 nm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 69

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Para el equipo horno o estufa solicitamos agregar al rango de medidas +/- 5 cm esto para poder ofertar un equipo con más capacidad y más espacio”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 70

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad Para el equipo HORNO MUFLA solicitamos amablemente a la entidad rango de capacidad en litros +/- 1 y rango de medidas +/- 5 cm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 71

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar equipo con placa en cerámica con control de temperatura digital”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 72

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad rangos de medidas de la cabina extractora que solicitan”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 73

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad ofertar vaso precipitado de 400 ml con las siguientes dimensiones Altura: 106 mm, Diámetro 77 mm, graduación 77 mm, ASTM E960”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 74

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad ofertar vaso precipitado de 600 ml con las siguientes dimensiones Altura: 122mm, diámetro, 88 mm, graduación 50 ml ASTM E960”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 75

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad ofertar Vidrio reloj de 100 mm”.

**RESPUESTA:**

El elemento referenciado por el proponente, se encuentra relacionado en las fichas técnicas de la convocatoria en las especificaciones de 70 ml y 80 ml

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 76

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO 200 ML con una tolerancia o límite de error de  $\pm 0.05$  a  $0.06$  ml (aprox)”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 77

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar BARRA MAGNETICA con las siguientes dimensiones 30 x 6 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 78

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar Crisol de porcelana 20ml - Forma Mediana, con tapa, medidas (Boca x Base x Alto) 38x22x32 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 79

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar mortero con pistilo Capacidad: 30 ml Dimensiones (Boca x Base x Alto) 60x32x32 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 80

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar frasco lavador con capacidad de 500 ml”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 81

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar pipetas Pasteur plásticas de 105 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.



**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 82

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar CÁPSULA DE PORCELANA FONDO REDONDO 75 ml, Dimensiones ( $\varnothing$ xA) 82x32 mm Fabricado según la norma a DIN 12903”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 83

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar pipetas graduadas de 10-5-2-1 ml Fabricado en Vidrio AR-GLAS, DIN EN ISO 835”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 84

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Amablemente solicitamos a la entidad permitir ofertar pipetas volumétricas de 3 ml con una longitud de 330 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 85

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar bureta con división de 0.05 ml límite de error de 0.03 longitud de 800 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 86

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar pinza para tubo de ensayo con una longitud de 160 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 87

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar nuez doble en aluminio de 120 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 88

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar nuez doble en aluminio de 120 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 89

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar embudo tallo corto de vidrio de 75 mm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 90

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar embudo buchner con capacidad de 320 ml”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.–  
2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 91

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar pera de succión modelo universal, para pipetas de hasta 100 ml”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 92

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar modelos moleculares set de 129 piezas, constituido por: 12 Carbonos, 6 Oxigenos, 2 Azufres, 33 Hidrogenos, 2 Nitrogenos, 22 Halogenos y 52 enlaces (12 largos, 40 cortos y medianos)”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 93

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar aceite mineral en presentación de 500 ml”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 94

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar EDTA con concentración de 0.02 molar”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 95

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar alcohol etílico absoluto en presentación de 2.5 litros”.

**RESPUESTA:**

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 96

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar alcohol isopropílico en presentación de 4 litros”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 97

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar cloroformo en presentación de 4 litros”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 98

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar N-hexano en presentación de 4 litros”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 99

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar alcohol isopropílico en presentación de 4 Litros”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 100

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar KIT CLORUROS 0-100 ppm - 0-1000 ppm Cl ampliar el rango de medida a 5000 ppm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 101

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar KIT DUREZA TOTAL ampliar el rango de medida a 500 ppm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 102

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar KIT FOSFATOS de 0-4 ppm”.

**RESPUESTA:**

El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.- 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 103

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6



**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar reactivo de biuret en presentación de 500 ml”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 104

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar acetona en presentación de 4 litros”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 105

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar peróxido de hidrogeno en presentación de 500 ml”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 106

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA





**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar soluciones de PH 7-10-4 en presentación de 1 Litro”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 107

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_09-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** AVANTIKA

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “Solicitamos amablemente a la entidad permitir ofertar fenolftaleína en presentación de 125 gr”.

**RESPUESTA:**

Las especificaciones técnicas del elemento (presentación) se encuentran en el formato de experiencia propuesta económica de la convocatoria pública N° 6, grupo 2. El proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones de la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.– 2021.

**NÚMERO OBSERVACIÓN:** observación N° 108

**FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN:** \_06-12-2021

**OBSERVACIÓN REMITIDA POR:** LABBRANDS.

**GRUPO AL CUAL SE CORRESPONDE LA OBSERVACIÓN:** Convocatoria Pública No 6

**OBSERVACIÓN:** “De acuerdo con la revisión de esta mañana, hay unas fichas técnicas que hacen falta por favor para terminar las observaciones y presentarlas a tiempo sería bueno publicar esas fichas técnicas.

**GRUPO 1 BIOLOGIA**

LB-MB01 Microscopio binocular eléctrico Unidad 30

LB-EB01 Microscopio con cámara Unidad 1

LB-MC01 Estereoscopio binocular eléctrico Unidad 30

GPS01 gps Unidad 2

LB-LX01 Luxómetro Unidad 2

**RESPUESTA:**



UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  
NACIONAL

Se publicará mediante adenda la ficha técnica correspondiente, el proponente deberá suministrar el elemento con las especificaciones contempladas en la respectiva ficha técnica.

**RESPUESTA ENVIADA POR:** Comité evaluador- componente técnico Convocatoria Pública No 6.-  
2021.